

公 告 第 18 号 案 件 2

案 件 名 井田病院内視鏡下手術用支援ロボット装置保守業務委託

区分	頁	番号	質問内容	回答内容
仕様書		7-3 ④	アーム等洗浄機の故障時及び点検時に交換する部品の費用は含まなくても良いとの解釈でよろしいでしょうか。	アーム等洗浄機の故障時及び点検時に交換する部品の費用は含まなくても良いとの解釈で問題ございません。なお、含むことも可能です。
仕様書		7-3 ⑥	アーム等洗浄機の保守点検は本業務委託には含まなくても良いとの解釈でよろしいでしょうか。	アーム等洗浄機の保守点検は本業務委託には含まなくても良いとの解釈で問題ございません。なお、含むことも可能です。