

## 仕様書

件 名 川崎病院で使用する蛍光顕微鏡の調達 1 式

### 機器構成A

メーカー名	製品名	規格・型番	数量
株式会社ニコンソリューションズ	生物顕微鏡 Ni-L 蛍光顕微鏡セット	—	1 式
<b>【内訳】</b>			
株式会社ニコンソリューションズ	Ni-L 本体部	—	1
	スタンダードアーム	NI-SAM	1
	三眼鏡筒	C-TT (光路 3 段切替)	1
	CFI 10× (2) 目当て付 視野数 22	—	1
	左ハンドルセラミックステージ	L2S C-CSL2S	1
	6 孔レボルバー	ESD C-N6ESD	1
	ハネノケアクロマートコンデンサー 2~100×C-SWA	—	1
	蛍光キューブターレット	NI-FLT-6	1
	落射蛍光照明装置	NI-FLEI-2	1
	蛍光 LED 光源	D-LEDI	1
	AC アダプター	4-AC	1
	電源コード BJ	—	1
	2 極電源ソケットアダプター	—	1
	USB2.0 cable AB Type 3m(Black)	—	1
	B-2A C-FL-C	—	1
	V-2A C-FL-C	—	1
	CFI プランフルオール 4×CH	—	1
	CFI プランフルオール 10×CH	—	1
	CFI プランフルオール 20×CH	—	1
	CFI プランフルオール 40×CH	—	1

次項に続く

株式会社ニコソリュ ーションズ	C-0.55×DS リレーレンズ	—	1
	TV 直筒 0.55×Y-TV55	—	1
	DS-Fi3 セット	—	1
	NIS-Elements D	—	1
	DS 制御用 PC1 (Win11)	—	1
	ダストカバー-H600L	—	1

または  
機器構成B

メーカー名	製品名	規格・型番	数量
エビデント	システム顕微鏡	—	1 式
<b>【内訳】</b>			
エビデント	BX53LED 本体	BX53F2	1
	高輝度高演色 LED ランプハウス	U-LHLEDC100	1
	電源コード	UYCP-11-D	1
	3 芯 2 芯アダプタ	UYCP-AD32	1
	コード 6 ヶ穴レボルバ	U-D6RES	1
	テイルティング三眼鏡筒	U-TTR-2	1
	ヘリコイド付接眼レンズ	WHN10X-H	2
	左下ハンドルステージ	U-SVLB-4	1
	2 枚検鏡用右開厚クレンメル	U-HRDT-4	1
	ステージハンドルゴム	U-SHG	1
	ハネノケコンデンサ	U-SC3	1
	プランセミアポクロマート対物レンズ 4X	UPLFLN4X	1
	プランセミアポクロマート対物レンズ 10X	UPLFLN10X2	1
	プランセミアポクロマート対物レンズ 20X	UPLFLN20X	1
	プランセミアポクロマート対物レンズ 40X	UPLFLN40X	1
	ユニバーサル投光管	BX3-URA	1
	透過シャッター	BX3-SHT	1
	LED ファイバー光源セット	LGPS-SET	1
	広帯域 BV 励起ミラーユニット	U-FBWW	1
広帯域 B 励起ミラーユニット	U-FBW	1	
ダストカバー	COVER-018	1	

次項に続く

エビデント	顕微鏡用デジタルカメラ（内訳下記）	—	1
	DP75 本体	DP75	1
	電源コード	UYCP-11-D	1
	3芯2芯アダプタ	UYCP-AD32	1
	専用コントローラ（cellSens プリインストール）	DP2-PC-S	1
	cellSens インストール用 DVD	CS-DVD-V4.2.1	1
	Cマウントカメラアダプター1X	U-TV1XC	1
	24.1型ワイドモニター	EV2456-BK	1

同等品

可

※想定機種以外の機種を提案する場合には必ず申込受付期間中に川崎病院庶務課経理系の審査を受けること。

納入場所

川崎市立川崎病院 検査科指示場所

※納入日程等については要事前協議

納入期限

令和7年3月31日

その他

搬入・据付設置費用含む