

仕様書

件名 川崎病院で使用する移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視撮影装置の調達 1 式

機器構成A

メーカー名	製品名	規格・型番	数量
GE ヘルスケアジャパン 株式会社	OEC Elite CFD シリーズ (ESP)	—	1 式
【内訳】			
GE ヘルスケアジャパン 株式会社	OEC Elite CFD SC21 ESP (C アーム型 X 線発生装置/Super-C アーム/X 線管球/コ リメータ/高電圧発生装置/21×21FPD/リムーバブルグリ ッド/OEC Touch Control Panel/ハンドスイッチ/フット スイッチ/レーザーエイマー)	—	1
	ワークステーション (32 インチモニタ/キーボード/USB インタフェイス /DICOM インタフェイス/UPS (無停電電源装置))	—	1
	OEC Elite 100V	—	1
	Wireless Footswitch	—	1
	DVI-D ADAPTER	—	1
	サーマルプリンタ	—	1
	10m DVD レコードスタート/ストップケーブル	—	1
	OEC 12 インチ C アーム/I. I/X 線管用滅菌カバー 20 セット	—	1
	JPI Japan KRYPTOLite コートエプロン 0.25mmPb L サイ ズ	—	1
	RDSR 機能	—	1
	TEAC メディカルビデオレコーダー (UR-4MD) フットスイッチ連動録画機能	—	1
	日本語取扱説明書	—	1
	OEC 機器導入時トレーニング 0.5 日 (検収より 1 2 ヶ月間有効)	—	1
	アドバンテージネットワーク接続 4 台以下 (検収後 2 年 間有効)	—	1

次項に続く

または
機器構成B

メーカー名	製品名	規格・型番	数量
シーメンス・ヘルスケア 株式会社	手術室Cアームイメージングシステム Cios Alpha	—	1式
【内訳】			
シーメンス・ヘルスケア 株式会社	Cios Alpha 本体	—	1
	Cアーム (タッチパネルコントローラ搭載) Cアーム (電動駆動) +位置決めメモリ	—	1
	X線発生器 (12kW)	—	1
	X線管装置 (回転陽極タイプ)	—	1
	フラットディテクタ装置	—	1
	モニターカート (ディスプレイコラム Flex Plus(モニタ開閉&高さ調整機構), 19インチ高輝度カラー液晶モニタ×2面, タッチパネルコントローラ+マウス, DVI 外部出力×2 (Live&Ref))	—	1
	透視・撮影機能 (連続透視, パルス透視, シングルイメージ撮影, 線量・輝度・コントラスト自動調整機能: 『IDEAL』, ハンドスイッチ, ワイヤレスフットスイッチ)	—	1
	レーザーライトロカライザー	—	1
	面積線量計	—	1
	PCハードウェア/画像処理 (画像記録装置 (300,000画像), CD/DVD/USB保存機能 (DICOM, TIFF, AVI), LIH (ラストイメージホールド機能)/LSH (ラストシーンホールド機能), テキスト機能 (アンテーション、コメント))	—	1
	DICOM機能 (DICOM Send, DICOM Worklist/MPPS)	—	1
	防護衣 (Jpi社クリプトライト 0.25mmPb Lサイズ)	—	1
	無停電電源装置 UPS	—	1
日本語取扱説明書	—	1	
Cios Alpha 機器導入時トレーニング 0.5日 (検収より12ヶ月間有効)	—	1	

次項に続く

シーメンス・ヘルスケア 株式会社	RDSR 機能	—	1
	付属品 (滅菌カバー (FD&X 線管用、C アーム) ,サーマルプ リ ンター)	—	1

- 同等品 可
※想定機種以外の機種を提案する場合には必ず申込受付期間中に川崎病院庶務課経理系の審査を受けること。
- 納入場所 川崎市立川崎病院 手術室指示場所
※納入日程等については要事前協議
- 納入期限 令和7年3月31日
- その他 搬入・据付設置費用（ネットワーク接続及び追加 LAN 工事）・漏洩線量測定及び書類作成費用を含む。また、既存品の撤去を行うものとする。